

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称	Fire-Lumi™ 荧光素酶检测试剂盒
货号	L00877C-1000
批号	R10012005
规格	1000 test
保存条件	-20℃，避光

**测试方法：**将稳定表达荧光素酶的 HEK293/SBE-Luc2P Clone 1 细胞，按照不同密度种入 384 孔细胞培养板，每孔含 40 u1 培养基。将检测试剂融化平衡至室温，按 40 u1/孔加入细胞，经 Varioskan 读取化学发光信号。

检测项目	标准	结果
化学发光	>1E6/2E5 测试细胞	1E6
沉淀	视检无明显沉淀	未见

检测者：

Ying Xu

日期： 06/11/2020