


CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称	Fire-Lumi 荧光素酶检测试剂
货号	L00877C-100
批号	R10172003
规格	100 test
保存条件	-20℃，避光

产品测试结果



测试方法：将稳定表达荧光素酶的 HEK293 细胞，按照不同密度种入 384 孔细胞培养板，每孔含 40 ul 培养基。将检测试剂融化平衡至室温，按 40 ul/孔加入细胞，经 PheraStar 读取化学发光信号。

检测项目	标准	结果
化学发光	>1E6/2E5 测试细胞	>3E6
沉淀	视检无明显沉淀	未见

检测者: *Wang Yan*
 日期: 03/03/2020